

ZP.343-9/1/BI/2010

Poddębice, 2010-06-18

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”**

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Załącznik 2c/2 - Kardiomonitor I – 1 szt.**

Pytanie 1: pkt 31

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z automatyczną detekcją ilości wybranych odprowadzeń? Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne gdy użytkownik pracuje zamiennie na kablach 3,5 lub 12 odprowadzeniowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Załącznik 2c/3 - Kardiomonitor II – 4 szt**

Pytanie 1: pkt 31

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z automatyczną detekcją ilości wybranych odprowadzeń? Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne gdy użytkownik pracuje zamiennie na kablach 3,5 lub 12 odprowadzeniowych.


**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

WICESTAROSTA

  
Danuta Pecyna

STAROSTA

  
Stanisław Ołtas