

ZP.343-9/1/BI/2010

Poddębice, 2010-06-21

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęło niżej wymienione zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

WYJAŚNIENIE

Załącznik 2c/9 - Gastroduodenoskop – 1 szt

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i ostateczną decyzję w sprawie odpowiedzi na nasze pytanie. Dnia 02.06.2010 przesłaliśmy do Państwa zapytania do w/w postępowania. W odpowiedziach z dnia 02.06.2010 (pytanie 21) dopuścili Państwo duodenoskop z głębią ostrości 5-60 mm, natomiast w odpowiedziach z dnia 16.06.2010 (pytanie 151) nie. Prosimy o wyjaśnienie powyższego.

Wyjaśnienie

W odpowiedzi z dnia 02.06.2010 r. na pytanie 21 „Czy Zamawiający dopuści Gastroduodenoskop o głębi ostrości 5-60 mm. Podstawowym zadaniem duodenoskopu jest obserwacja dwunastnicy a w szczególności brodawki Vatera, która to obserwacja odbywa się z większej odległości, dlatego różnica 1 mm w głębi ostrości nie ma żadnego znaczenia dla jakości badania. Pozostawienie parametru na obecnym poziomie w znaczący sposób ogranicza konkurencję. Prosimy o dopuszczenie w/w rozwiązania, umożliwi nam to zaoferowanie sprzętu wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie”, Zamawiający dopuścił gastroduodenoskop o głębi ostrości 5-60 mm.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie 151 z dnia 16.06.2010 r. „Czy Zamawiający dopuści wideoduodenoskop o głębi ostrości 5-60mm? Podstawowym zadaniem Duodenoskopu jest obserwacja dwunastnicy a w szczególności brodawki Vatera, która to obserwacja odbywa się z większej odległości, dlatego różnica 1mm w głębi ostrości nie ma żadnego znaczenia dla jakości badania. Pozostawienie parametru na obecnym poziomie w znaczący sposób ogranicza konkurencję. Prosimy o dopuszczenie w/w rozwiązania, umożliwi nam to zaoferowanie sprzętu wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie”, Zamawiający nie dopuścił gastroduodenoskopu o głębi ostrości 5-60 mm.

Zamawiający wyjaśnia i ujednocila odpowiedź na powyższe pytania.

Do odpowiedzi z dnia 16.06.2010 r. wkradł się błąd. Za prawidłową odpowiedź należy przyjąć odpowiedź z dnia 02.06.2010r.

Prawidłowa odpowiedź brzmi:


Tak, Zamawiający dopuszcza gastroduodenoskop o głębi ostrości 5-60 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie nie ma wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

WICESTAROSTA


Danuta Pecyna

STAROSTA


Starostka Olas