

ZARZĄD POWIATU
w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel. 678 33 72, fax 6782701

Do wykonawców

ZP. 343-9/1/BI/2010

Poddębice, 2010-07-06

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach”- nr sprawy ZP 343-9/1/BI/2010, część I Tomograf komputerowy.

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 i 4 ustawy (t.j.: Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą) – zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu p.n. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach” nr sprawy ZP.343-9/1/BI/2010, część I: Tomograf komputerowy. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i jednocześnie dokonuje następującej modyfikacji SIWZ w zakresie wszystkich podniesionych w Odwołaniu zarzutów: **Zamawiający anuluje odpowiedź na pytanie nr 26 przekazane Wykonawcom w dniu 16 czerwca 2010 roku, a tym samym anuluje modyfikację SIWZ wprowadzoną tą zmianą. Jednocześnie Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie: „Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza”.**

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje również, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ, rozdział III, pkt 3.7 „Przedmiot zamówienia winien być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 r. nieużywany, kompletny, wolny od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty zgodności CE, świadectwa i rejestracje”.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga deklaracji zgodności i certyfikatu CE zarówno dla tomografu komputerowego, jak i deklaracji zgodności i certyfikatu CE dla stacji lekarskiej (diagnostycznej, opisanej w pkt III załącznika 2a), która ma być dostarczona wraz z tomografem komputerowym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 2a „Tomograf komputerowy z wyposażeniem 1 kpl”, pkt I.23 „Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15,6 pl/cm”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga podania wartości rozdzielczości wysokokontrastowej mierzonej w osi XY na fantomie CATPHAN, który jest międzynarodowym fantomem do pomiaru tej rozdzielczości? Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga potwierdzenia tego parametru oryginalnymi danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 2a „Tomograf komputerowy z wyposażeniem 1 kpl”, pkt I.3 „Maksymalna moc generatora min. 50 kW”.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga podania w tym punkcie mocy generatora, która znajdzie zastosowanie w protokołach klinicznych, tzn. mocy która będzie dostarczona na lampę RTG (która liczona jest na podstawie napięcia i maksymalnego prądu lampy RTG możliwego do uzyskania przy tym napięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


Ponadto Zamawiający informuje, że – w odniesieniu do pkt 5 „Adaptacja pomieszczeń w zakresie niezbędnym do uruchomienia tomografu komputerowego” (załącznik 2a, dział VI Gwarancje) - pomieszczenia pracowni muszą spełniać wymagania:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 Nr 213, poz. 1568)
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie minimalnych wymagań jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. 2008 Nr 59, poz. 365)
3. Przepisów BHP
4. Przepisów p.poż
5. Przepisów Prawa Atomowego
6. Sanepidu


Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że zamówienie jest kompleksowe i obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, pozytywnych decyzji dopuszczających do użytku, w tym również uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni TK wraz z jej wyposażeniem.

Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

WICESTAROSTA


Danuta Pecyna

STAROSTA


Stanisław Ols