



Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych .

I. INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

Stosownie do art. art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający Szpital Powiatowy w Chmielniku informuję , że do w/w postępowania w dniu 18.11.2008r Wykonawca :

Przedsiębiorstwo BioMaxima S.A.
ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin
złożył protest .

Treść protestu przekazuję w załączeniu poniżej.

II. WEZWANIE

Na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Zgodnie z art. 181 ust. 4 Pzp, uczestnikami postępowania, toczącego się w wyniku wniesienia protestu, staną się także Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

Zgodnie z art. 181 ust. 5 Pzp, Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

Informujemy też, że zgodnie z art. 186 ust. 7 Pzp, Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego, nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.


Zamawiający :

Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk

PROTESTUJĄCY

BioMaxima S.A.
ul. Mireckiego 29-31
20-460 Lublin



BioMaxima S.A.
20-460 Lublin, ul. Mireckiego 29-31
NIP 946-23-60-625 REGON 432519331
PRZETARGI
tel. 081 745-44-23, fax 081 745-44-24

ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
26-020 Chmielnik
woj. świętokrzyskie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Znak sprawy : D/DAT 1850/08

PROTEST

wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

W imieniu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Mireckiego 29-31 na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) składam niniejszy protest wobec czynności badania i oceny ofert przez Zamawiającego w zakresie Pakietu Nr V- „Odczynniki do analityki ogólnej”, pozycja 7 - „Test do oznaczania krwi utajonej w kale” w ww. postępowaniu.

Zamawiający poprzez uznanie oferty firmy „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp.j. w zakresie Pakietu Nr V pozycja 7 za zgodną z treścią siwz i wybór oferty, której treść nie odpowiada treści siwz naruszył art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz zasadę uczciwej konkurencji art.7 ust 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w wyniku złamania przepisów ustawy naruszył nasz interes prawny w uzyskaniu zamówienia .

W związku z powyższym BioMaxima S.A. wnosi o powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie Pakietu Nr V pozycja 7 , odrzucenie oferty firmy „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp.j. w zakresie Pakietu Nr V pozycja 7 i równe traktowanie wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie zachowując zasady uczciwej konkurencji .

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu firma BioMaxima powzięła na podstawie ogłoszonego w dniu 14.11.2008 r. zawiadomienia o wyborze ofert, zachowując termin do jego wniesienia – art.180 ust.2 Ustawy – prawo zamówień publicznych.

18 LIS. 2008

Kierownik Biuru Przetargów
BioMaxima S.A.
Am
Anna Mianowaty

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 14.11.2008 r. powiadomił Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku . W Pakiecie Nr V pozycja 7 – Test do oznaczania krwi utajonej w kale, wybrana została oferta firmy „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 212.

W myśl przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wybór oferty firmy „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp.j. , w zakresie Pakietu Nr V, pomimo jej niezgodności z treścią siwz , narusza zasady ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, w odpowiedzi na zapytania (pismo z dnia 23.10.2008 r.) udzielił odpowiedzi, że wymaga testu do wykrywania krwi utajonej w kale o najwyższej czułości 10 ng/ml. Zaoferowany przez firmę „Aqua-Med” test na krew utajoną w kale, nie spełnia wymaganego parametru czułości.

Testy firmy INNOVACON o nr katalogowym TFO-602, które zaoferowała firma „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp.j. są testami o czułości 50 ng/ml. W diagnostyce laboratoryjnej parametr „czułość” wyrażony mniejszą wartością liczbową nie jest tożsamy z niższą czułością a wręcz odwrotnie, mniejsza wartość liczbowa oznacza wyższą czułość. Tak więc oferta złożona przez firmę „Aqua-Med” w zakresie Pakietu Nr V pozycja 7, w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu. Jedynie oferta złożona przez naszą firmę spełnia wymagania Zamawiającego. Zaoferowany przez firmę BioMaxima test na krew utajoną w kale jest produktem o najwyższej czułości 10 ng/ml.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Zamawiający dokonał błędnej oceny ofert i pozbawił firmę BioMaxima możliwości uzyskania zamówienia w postępowaniu czym naruszył nasz interes prawny.

W związku z powyższym firma BioMaxima na podstawie przedstawionych zarzutów żąda :

1. powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie Pakietu Nr V pozycja 7
 2. odrzucenia oferty firmy „Aqua-Med” ZPAM-Kolasa sp.j. w zakresie Pakietu Nr V poz. 7;
- zgodnie z treścią SIWZ i Ustawą –Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu:

-wydruk ze strony internetowej

Lublin, dnia 18.11.2008 r.

18 LIS. 2008

Z poważaniem

Kierownik Biuru Przetargów
BioMaxima S.A.

Anna Mianowany

Autoc

| Product Name | Catalog No. | Sensitivity | Package Size | Regulatory Status | | | Sales Availability | | | | Package Insert |
|--|-------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------|
| | | | | Cleared for US 510(k) | Registered in Canada | CE Marked | US | Canada | Europe | Asia Middle East Africa Russia and Latin America ^A | |
| CEA Carcinoembryonic Antigen Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma) | TCE-401 | 5 ng/mL | 50 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| CEA Carcinoembryonic Antigen Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) | TCE-402 | 5 ng/mL | 40 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| AFP Alpha-Fetoprotein Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma) | TAF-401 | 10 ng/mL | 50 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| AFP Alpha-Fetoprotein Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) | TAF-402 | 10 ng/mL | 40 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| FOB One Step Fecal Occult Blood Test Strip (Feces) | TFO-601 | 50 ng/mL or 6 µg/g | 25 Tests | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| FOB One Step Fecal Occult Blood Test Strip (Feces) | TFO-601S | 50 ng/mL or 6 µg/g | 40 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| FOB One Step Fecal Occult Blood Test Device (Feces) | TFO-602 | 50 ng/mL or 6 µg/g | 25 Tests | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| PSA Prostate Specific Antigen Semi-Quantitative Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma) | TPS-401 | 4 ng/mL (R=10 ng/mL) | 50 Tests | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| PSA Prostate Specific Antigen Semi-Quantitative Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) | TPS-402 | 4 ng/mL (R=10 ng/mL) | 40 Tests | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |
| PSA Prostate Specific Antigen Semi-Quantitative Ultra Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) | TPS-U402 | 3 ng/mL (R=10 ng/mL) | 40 Tests | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contact us |

BioMaxima S.A.
 20-460 Lublin, ul. Mireckiego 29-31
 NIP 946-23-60-625 REGON 432519331
 PRZETARGI
 tel. 081 745-44-23, fax 081 745-44-24

Kierownik Planu Przetargów
 BioMaxima S.A.
Anna Mianoway

18 LIS. 2008

Lublin, 17.11.2008 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Spółki *BioMaxima* S.A. upoważnia Panią Annę Mianowany legitymującą się dowodem osobistym Nr AHR 224257 do samodzielnego reprezentowania wyżej wymienionej spółki we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których spółka bierze udział jako wykonawca, ogłoszonych i przeprowadzanych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) a w szczególności do:

- podpisywania i składania w imieniu *BioMaxima* S.A. wszelkich ofert, dokumentów, oświadczeń, zapytań, wyjaśnień, protestów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego regulowanych w/w ustawą, w tym również potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
- korzystania w imieniu *BioMaxima* S.A. z uprawnień przysługujących wykonawcom do wglądu w protokoły z postępowań, oferty, wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w okresie od dnia 17.11.2008 r. do dnia 17.12.2008 r.

Prezes Zarządu
BioMaxima S.A.


Henryk Lewczuk

BioMaxima S.A.

20-460 Lublin, ul. Mireckiego 29-31
NIP 946-23-60-625 REGON 432519331
PRZETARGI
tel. 081 745-44-23, fax 081 745-44-24