



Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Znak sprawy: D/DAT 1850/08.

ROZSTRZYGNĘCIE PROTESTU

W związku z protestem złożonym w dniu 18.11.2008r., przez Wykonawcę:

BioMaxima S.A.

ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin

Zamawiający Szpital Powiatowy w Chmielniku informuje, iż na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, protest został uwzględniony.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem protestu przez Zamawiającego, na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy w Chmielniku podjął decyzję o powtórzeniu oprotestowanej czynności w wyniku której postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na pakiet nr V, zgodnie z art. 93 ust 1. pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych” na pakiet nr V – Odczynniki do analityki ogólnej wpłynęły oferty następujących firm:

1. AQUA-MED. ZPAM – Kolasa sp. j.

ul. Wólczańska 212; 90-531 Łódź

Oferta powyższej firmy nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego w załączniku nr 2.4 będącego integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., w kolumnie 14 wiersz 7 Zamawiający wymagał testu do wykrywania krwi utajonej w kale o najwyższej czułości 10 ng/ml. Natomiast zaoferowany test posiada czułość 50 ng/ml. Wobec powyższego oferta została odrzucona.

2. BioMaxima S.A.

ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin

Oferta powyższej firmy nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego w załączniku nr 2.4 będącego integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., w kolumnie 14 wiersz 8 Zamawiający wymagał testów do wykrywania przeciwciał klasy IgG i IgM – testy paskowe. Natomiast zaoferowany test jest testem kasetkowym. Wobec powyższego oferta została odrzucona.

3. MEDAN

ul. Grodowa 1; 44-100 Gliwice

Oferta powyższej firmy nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego w załączniku nr 2.4 będącego integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., w kolumnie 14 wiersz 7 Zamawiający wymagał testu do wykrywania krwi utajonej w kale o najwyższej czułości 10 ng/ml. Natomiast zaoferowany test posiada czułość 50 ng/ml. Wobec powyższego oferta została odrzucona.

Od powyższego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Z-ca Dyrektora
d/s lecznictwa

dr n. med. Marek Czerwaty