



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Szanowni Państwo

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę nici chirurgicznych, nr sprawy D/DAT 15/09, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 3969-2009; data zamieszczenia 06.01.2009r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści szew syntetyczny, monofilament wchłanialny zbudowany z polimeru glikolidu i kaprolaktonu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 dopuści nitkę o długości 70 cm oraz igłę o długości 26 mm?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 dopuści nitkę o długości 70 cm oraz igłę okrągłą o długości 31 mm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4..

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 i 4 dopuści nitkę o długości 70 cm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści plecionkę syntetyczną wchłaniálną powlekaną mieszaniną poliglaktyny i stearynianu wapnia?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 dopuści nitkę o długości 70 cm oraz igłę okrągłą rozwarstwiającą?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 2 dopuści nitkę o długości 70 cm oraz igłę okrągłą rozwarstwiającą?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 6 dopuści nitkę o długości 70 cm oraz igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 26 mm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 7 dopuści igłę o długości 36 mm?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 8 dopuści igłę o długości 36 mm?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 9 dopuści igłę o długości 31 mm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 10 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 36 mm?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 11 dopuści igłę o długości 36 mm?

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 12 dopuści igłę o długości 22 mm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 6 dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 dopuści igłę tnącą oraz nitkę o długości 45 cm?

Odpowiedź. Nie. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk