

## Odczynniki oraz błony rtg.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość na 24 m-ce	Cena jedn. netto opakowania	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta	Podać typ oferowanego asortymentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Błony RTG format 18cm x 24cm	op. 1x100	20						
2	Błony RTG format 24cm x 30cm	op. 1x100	40						
3	Błony RTG format 30cm x 40cm	op. 1x100	60						
4	Błony RTG format 35cm x 35cm	op. 1x100	60						
5	Błony RTG format 35cm x 43cm	op. 1x100	60						
6	Wywoływacz do obróbki automatycznej	op. 2x20 l	30						
7	Utrwalacz do obróbki automatycznej	op. 2x20 l	30						
				<b>Razem:</b>					

**Wymagane warunki graniczne:****1. Błony rtg ogólnodiagnostyczne (zielonoczułe)**

- film wrażliwy na światło zielone -
- czas obróbki - 1,5 – 4 minut,
- zaczernienie minimalne -  $\leq 0,22$

**Spełniane parametry**

TAK/NIE\*

TAK/NIE\*

TAK/NIE\*

- zacierzenie maksymalne -  $\geq 3,20$  TAK/NIE\*
- gradient średni -  $\geq 2,65$  TAK/NIE\*
- błony fabrycznie znakowane: nazwa producenta, typ filmu, data ważności, nr emulsji (serii) – znak trwale widoczny na błonie po obróbce chemicznej. TAK/NIE\*

**2. Odczynniki dedykowane błonom ogólnodiagnostycznym**

- odczynniki tego samego producenta i tej samej marki co błony RTG TAK/NIE\*
- wywoływacz do obróbki automatycznej: koncentrat 2x5 l na 2x20 l TAK/NIE\*
- utrwalacz do obróbki automatycznej: koncentrat 2x5 l na 2x20 l TAK/NIE\*
- koncentrat TAK/NIE\*
- wolne od osadów wytrącających się na elementach ciemni TAK/NIE\*
- karty charakterystyki odczynników – dołączone do oferty TAK/NIE\*
- opakowania nie wymagające kaucji TAK/NIE\*
- wielkość dawki regeneracyjnej wywoływacza nie większa niż 350 ml/m<sup>2</sup> oraz utrwalacza nie większa niż 350 ml/m<sup>2</sup> TAK/NIE\*

\* Niepotrzebne skreślić

**Do oferty należy załączyć karty katalogowe dotyczące błon ogólnodiagnostycznych i odczynników potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.**

**Cały przedmiot zamówienia musi być tego samego producenta i tej samej marki.**

**Oferta nie spełniająca warunków granicznych zostanie odrzucona.**

**Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)**