

Pakiet nr V

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie roczne /ilość/	J. m. Postać	Nazwa Producenta	Cena jedn. netto (w PLN)	VAT (%)	Wartość netto (w PLN)	Kwota VAT (w PLN)	Wartość Brutto (w PLN)
1	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary S, a 100szt.	300	op						
2	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary ,M, a 100szt	700	op						
3	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary ,L, a 100szt.	100	op						

4	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150 μ /g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet S, a 100 szt.	300	op						
5	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150 μ /g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet M, a 100 szt.	800	op						
6	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150 μ /g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet L a 100 szt.	100	op						
7	Rękawice chirurgiczne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem i aloe vera. rozmiar 6,5 , grubość -palec 15 mm od czubka /podwójna ściana min.0.17 \pm 0.02 mm/,dłoń w środkowej	1000	par						
8	Rękawice chirurgiczne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem i aloe vera. rozmiar 7,0 , grubość -palec 15 mm od czubka /podwójna ściana min.0.17 \pm 0.02 mm/,dłoń w środkowej części/podwójna ściana min.0,10 mm/,mankiet /25 mm od końca mankietu/-podwójna ściana min.0.10 mm	1200	par						

9	Rękawice chirurgiczne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem i aloe vera. rozmiar 7,5 , grubość -palec 15 mm od czubka /podwójna ściana min.0.17 ±0.02 mm/,dłoń w środkowej części/podwójna ściana min.0,10 mm/,mankiet /25 mm od końca mankietu/-podwójna ściana min.0.10 mm	1000	par						
10	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² ,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankieta 0,16mm, rozmiar 7,5	400	par						
11	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² ,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankieta 0,16mm, rozmiar 8,0	800	par						
12	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² ,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankieta 0,16mm, rozmiar 8,5	1500	par						

13	Rękawice winylowe bezpudrowe L a100	50	op						
14	Rękawice winylowe bezpudrowe M a100	50	op						
15	Rękawice foliowe j.u. rozmiar damski a 100	270	szt						
16	Rękawice foliowe j.u. rozmiar męski a 100sztuk	80	szt						

Uwaga: Sposób obliczenia ceny podany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdz. XVII.

Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)