



Szpital Powiatowy^A w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie
☎ 413542017, fax. 413542136
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



D/DAT L.dz. 734/08

Chmielnik, dnia 04 kwietnia 2008 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr sprawy D/DAT 595/08, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 66889 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 04.04.2008r. dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – znak sprawy: D/DAT 595/08, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy próbki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z ofertą próbek z dowolnego rozmiaru w danej grupie asortymentowej (np. zgłębniki, cewniki itp.) w której całość oferowanego asortymentu pochodzi od jednego producenta i różni się tylko i wyłącznie rozmiarem. Dostarczone w ten sposób próbki w zupełności pozwolą Zamawiającemu dokonania obiektywnej oceny oferowanych artykułów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr I poz. 3. Czy zamawiający ma na myśli fartuch ochrony z folii tzw. przedniak?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli fartuch z folii tzw. przedniak.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr I poz. 9. Czy Zamawiający ma na myśli 15 op. Po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis SIWZ w załączniku nr 2 – PAKIET NR I – WŁÓKNINA I PLASTIK poz. 9, który otrzymuje brzmienie:
Szpatulek drewnianych ma być 15 op. po 100szt.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr I poz. 17. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 210 cm x 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający skreśla poz. 17 w załączniku nr 2 – PAKIET NR I – WŁÓKNINA I PLASTIK do SIWZ tj. prześcieradło zielone operacyjne płócienne (200 cm x 160 cm), ponieważ artykuł nie należy do grupy jednorazowego użytku.

Pytanie 5, Dotyczy pakietu nr III poz. 7-9.

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zgodny z Polską normą PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/-0,1mm od zamawianych wg w/w normy na podstawie art. 29 ust.3 i art. 30 ust.1 ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr VI poz.4. Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji z fałdą w rozmiarze 200mm x 50mm x 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takich rękawów. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr VI poz.5. Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji z fałdą w rozmiarze 250mm x 60mm x 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rękawy do sterylizacji.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr VI poz.8. Czy Zamawiający wymaga taśmy do sterylizacji neutralnej, czy też ze wskaźnikiem? W przypadku wymogu taśmy ze wskaźnikiem prosimy o sprecyzowanie jaki ma być wskaźnik, czy na tlenek etylenu, czy też na parę wodną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taśmy do sterylizacji ze wskaźnikiem na parę wodną.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr VIII poz. 1. Czy zamawiający dopuści dren łączący do odsysania o dł. 210 cm jałowy 30?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taki dren.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr VII poz. 8. Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego bez kontroli ssania, odgiętą CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej końcówki. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk