



## Odpowiedzi na zapytanie nr 2

Szanowni Państwo

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na zakup i dostawę nici chirurgicznych, nr sprawy DAT/ZP – PN/1/10, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 33851-2010; data zamieszczenia 18.02.2010 r.

### Pytanie 1.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 nić o czasie wchłaniania do 80 dni zbudowaną z glikolidu i powlekaną stearynianem wapnia? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 2.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz. 6 igłę o długości 26 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 26mm cienką, ostro zakończoną – kłujący stożek.

### Pytanie 3.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz. 7 i 10 igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm cienką, ostro zakończoną – kłujący stożek.

### Pytanie 4.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz. 7 i 11 nić o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 5.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz. 9 igłę o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 6.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 tolerancje wielkości igły +/- 1mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 7.

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 również długość nici 90 cm wszędzie tam, gdzie wielkość igły przekracza 35 mm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 4 poz. 6 nić o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 4 poz. 6 również igłę 25 mm, oprócz 26 mm?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 25mm. Pozostałe parametry bez zmian.