



Szpital Powiatowy^A w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie
☎ 413542017, fax. 413542136
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



D/DAT L.dz. 735/08

Chmielnik, dnia 09 kwietnia 2008 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr sprawy D/DAT 595/08, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 66889 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 07.04.2008r. dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – znak sprawy: D/DAT 595/08, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy formularza cenowego pakiet nr I.

Prosimy o wydzielenie z Pakietu I:
Pozycji nr 10 – Szyny aluminiowe
Pozycji nr 11 – Szyny Kramera 1500x100

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis SIWZ i wydziela z Pakietu I poz. 10 i 11 nowy Pakiet Ia – Szyny ortopedyczne.
Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2. Dotyczy formularza cenowego pakiet nr I poz. 10.

Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru szyny aluminiowej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis SIWZ w załączniku nr 2 – PAKIET I – WŁÓKNINA I PLASKIK poz. 10, który otrzymuje brzmienie:
Szyny aluminiowe Zimmera o wymiarach 250x15mm lub 350x20mm.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk