



Szpital Powiatowy^A w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie
☎ 413542017, fax. 413542136
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



D/DAT L.dz. 736/08

Chmielnik, dnia 09 kwietnia 2008 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr sprawy D/DAT 595/08, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 66889 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 07.04.2008r. dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – znak sprawy: D/DAT 595/08, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy formularza cenowego pakiet nr IV poz.10.

Czy w Pakiecie IV w pozycji 10, Zamawiający dopuści zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G o długości 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G o długości 90mm.

Pytanie 2. Dotyczy formularza cenowego pakiet nr VIII poz. 3.

Czy w Pakiecie VIII w pozycji 3, Zamawiający dopuści dren o wymiarach Ch 24 / 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o wymiarach Ch 24/300cm.

Pytanie 3. Dotyczy formularza cenowego pakiet nr VIII poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr VIII pozycji 10 – zestaw ratunkowy do drenażu opłucnej? Nadmieniam, że utworzenie odrębnego pakietu na w/w pozycję umożliwi przedstawienie na nią korzystnej oferty zarówno cenowej jak i jakościowej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis SIWZ i wydziela z Pakietu VIII poz. 10 nowy Pakiet VIIIA – Zestaw ratunkowy.
Pozostałe parametry bez zmian.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk