

Pakiet nr V

Załącznik Nr 2.4

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie roczne /ilość/	J. m. Postać	Nazwa Producenta	Cena jedn. netto (w PLN)	VAT (%)	Wartość netto (w PLN)	Kwota VAT (w PLN)	Wartość Brutto (w PLN)
1	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary S, a 100szt.	120	op						
2	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary ,M, a 100szt	250	op						
3	Rękawice lateksowe, diagnostyczne bezpudrowe o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniżej 50µg/g - oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem jednostki notyfikowanej ,rozmiary ,L, a 100szt.	30	op						

4	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet S, a 100 szt.	750	op						
5	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet M, a 100 szt.	800	op						
6	Rękawice diagnostyczne wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego - zawartość białek lateksowych poniżej 150μ/g , delikatnie pudrowane, zawartość środka pudrującego poniżej 7,5 mg/dm ² , rolowany mankiet L a 100 szt.	250	op						
7	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa syntetyczna, nieprzepuszczalność AQL 1,0 , poziom protein poniżej 50μg/g, grubość na palcach 0,22mm,dłoi 0,20mm, mankiet 0,18mm. Rozmiar 6,5	450	par						
8	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa syntetyczna, nieprzepuszczalność AQL 1,0 , poziom protein poniżej 50μg/g, grubość na palcach 0,22mm,dłoi 0,20mm, mankiet 0,18mm. Rozmiar 7,0	850	par						

9	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa syntetyczna, nieprzepuszczalność AQL 1,0 , poziom protein poniżej 50µg/g, grubość na palcach 0,22mm,dł. 0,20mm, mankiet 0,18mm. Rozmiar 7,5	700	par						
10	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² , pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar 6,5	220	par						
11	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² , pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar 7,0	550	par						
12	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² , pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar 7,5	120	par						

13	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150 μ /g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² , pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar 8,0	300	par						
14	Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek lateksowych poniżej 150 μ /g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5 lub mniej, zawartość środka pudrującego poniżej 8,2mg/dm ² , pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH obojętne, dł.300mm, szer.114mm, grubość pojedynczej ścianki -palec 0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar 8,5	650	par						
15	Rękawice winylowe bezpudrowe rolowane zakończenie mankietu grubość na : palcu 0,14 mm,dłoni 0,12 mm \pm 0,02 , mankiet 0,09 mm \pm 0,02 rozmiar S a 100 szt.	10	op						
16	Rękawice winylowe bezpudrowe rolowane zakończenie mankietu grubość na : palcu 0,14 mm,dłoni 0,12 mm \pm 0,02 , mankiet 0,09 mm \pm 0,02 rozmiar L a 100 szt.	10	op						
17	Rękawice winylowe bezpudrowe rolowane zakończenie mankietu grubość na : palcu 0,14 mm,dłoni 0,12 mm \pm 0,02 , mankiet 0,09 mm \pm 0,02 rozmiar M a 100 szt.	50	op						

18	Rękawice foliowe j.u. rozmiar damski a 100	170	szt						
19	Rękawice foliowe j.u. rozmiar męski a 100sztuk	140	szt						
20	Rękawice chirurgiczne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem i aloe vera. rozmiar 7,0 , grubość -palec 15 mm od czubka /podwójna ściana min.0.17 ±0.02 mm/,dłoń w środkowej części/podwójna ściana min.0,10 mm/,mankiet /25 mm od końca mankietu/-podwójna ściana min.0.10 mm	600	par						

Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)