

Zapotrzebowanie na odczynniki w okresie 24 miesięcy

L.p	PARAMETR	ILOŚĆ OZNACZEŃ NA 12 MIES.	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ TESTÓW Z OPAKOWANIA	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAKOWAŃ/12 MIES	CENA ZA OPAK.NETTO	STAWKA VAT	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO NA 12 MIES.	WARTOŚĆ BRUTTO NA 12 MIES.
1	TSH 3 generacji	5000								
2	FT4	1000								
3	Troponina I	3200								
4	Hbs Ag	1000								
5	Total PSA	500								
6	CEA	1700								
7	CA 19-9	720								
8	PCT	240								
9	Ddimery	500								

RAZEM CENA ODCZYNIKÓW NA 24 MIESIĘCY-NETTO- BRUTTO

Akcesoria i części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy- wypełnia wykonawca (oferent).

1										
2										
3										
4										
5		Ilość miesięcznych opłat			Czynsz dzierżawny netto/1 m-c	Stawka Vat	Czynsz dzierżawny brutto/1m-c		Wartość netto	Wartość brutto
6	Opłata dzierżawna	12	X	X						

Razem-

Wymagane parametry graniczne analizatora:

Wieloparametrowy analizator immunologiczny z możliwością wykonania parametrów wymienionych poniżej – TAK/NIE*

Analizator całkowicie bezigłowy wykluczający kontaminację – TAK/NIE*

Całkowity brak codziennych zabiegów płuczaco-myjąco-konserwujących – TAK/NIE*

Jedno lub dwupunktowa rekalkibracja dla chorób zakaźnych, markerów sercowych, brak konieczności wykonywania kontroli częściej niż co 14 dni – TAK/NIE*

Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole i akcesoria niezbędne do wykonania oznaczeń – TAK/NIE*

Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności – TAK/NIE*

Analizator gotowy do pracy 24h/dobę, z zewnętrznym UPS'em – TAK/NIE*

Czułość testu Troponina 0,01 ug/L – TAK/NIE*

Czułość testu Hbs Ag 0,08 ng/ml lub lepsza – TAK/NIE*

Certyfikat zgodności z wymogami CE – TAK/NIE*

Oferent zapewni na czas trwania umowy udział w międzynarodowej kontroli RIQAS (RANDOX) panel immunoassay - TAK/NIE*

Rok produkcji aparatu 2008 - 2010 - TAK/NIE*

Wymagane parametry graniczne chłodziarki:

Chłodziarka wolnostojąca - TAK/NIE*

Kolor obudowy – biały - TAK/NIE*

Klasa efektywności elektrycznej: A+ - TAK/NIE*

Pojemność użytkowa łączna (komora chłodnicza + komora zamrażania): 120 – 130 litrów - TAK/NIE*

Metoda odszraniania: komora chłodnicza – automatycznie; komora zamrażania – ręcznie - TAK/NIE*

Obustronny montaż drzwi - TAK/NIE*

Oferta nie spełniająca wymogów granicznych zostanie odrzucona

Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych- (podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić