



**Szpital Powiatowy<sup>A</sup> w Chmielniku**  
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie  
☎ 413542479, 413542017 fax. 413544379  
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



QMS  
AKREDYTACJA PN-ISO 9001

ISO 9001

Znak sprawy: D/DAT 799/08

Chmielnik, dnia 21.04.2008r

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  
poniżej 206 000 EURO.**

## **ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE VIDEOGASTROSKOPU, VIDEOKOLONASKOPU, PROCESORA WIZYJNEGO, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ORAZ MYJNI ENDOSKOPÓW**

*dla Szpitala Powiatowego  
w Chmielniku*

Znak sprawy: D/DAT 799/08

**ZATWIERDZIŁ:**

**DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W CHMIELNIKU**

**mgr inż. Jolanta Rybczyk**

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Dyrektor Szpitala powiatowego w Chmielniku ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik

NIP 657-21-95-982, REGON 003 680 113

Dział Administracyjno Techniczny – Sekcja Zamówień Publicznych

Tel. (041) 354 20 17 wew.40, fax. (041) 354 21 36

strona internetowa: <http://www.szpital.chmielnik.biuletyn.net>

poczta elektroniczna: [jacek.musial@szpital-chmielnik.pl](mailto:jacek.musial@szpital-chmielnik.pl)

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup, dostawa i uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz myjni endoskopów**” dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nomenklatura CPV:

33.16.81.00-6 – endoskopy;

33.19.10.00-5 – myjnia automatyczna;

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie:
  - videogastroskopu,
  - videokolonoskopu,
  - procesor wizyjny,
  - źródło światła,
  - wózek medyczny do zestawu,
  - jednostanowiskowa automatyczna myjnia endoskopów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - funkcji i parametrów videogastroskopu, videokolonoskopu, procesor wizyjny, źródło światła oraz wózek medyczny znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ;
  - jednostanowiskowa myjnia automatyczna endoskopów znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wykonawca wypełni odpowiednie rubryki przedmiotowych załączników.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający żąda, aby oferowany asortyment bezwzględnie posiadał aktualne rejestracje i atesty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze dopuszczające go do stosowania w lecznictwie na terenie Unii Europejskiej.
6. Zamawiający żąda, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom.
7. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia oraz dla urządzeń i akcesoriów poddawanych sterylizacji instrukcji sterylizacji i dezynfekcji w języku polskim.
8. Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego przeszkolenia w obsłudze urządzeń osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi urządzeń medycznych – 5 osób. Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone

przez autoryzowany serwis Wykonawcy w dniu następnym po realizacji dostawy. Termin szkolenia zostanie podany, na co najmniej 10 dni przed dostawą. Na szkolenie personelu zamawiającego zostanie przeznaczony czas minimum 6 godzin.

9. Wymagania zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisu zostały przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

#### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, zamontowany oraz uruchomiony w terminie **do 14 dni** kalendarzowych, od chwili zawarcia umowy. Zamawiający w umowie z wybranym Wykonawcą określi szczegółowe warunki dostawy i uruchomienia wyposażenia dla Pracowni Endoskopii stanowiącego przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania dostawy sprzętu w terminie dłuższym, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi na własny koszt sprzęt zastępczy w terminie **do 14 dni** kalendarzowych, od chwili zawarcia umowy.

#### V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. złożą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ;

##### B. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu składa oświadczenie, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych – **załącznik nr 5 do SIWZ**.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych”, zamawiający żąda przedstawienia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:
  - a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - b) dokumentów stwierdzających, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowego zadania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień dla realizacji zadania, które jest przedmiotem postępowania Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie na piśmie;
  - c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

- d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- e) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia wykazu wykonanych i wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (dopuszcza się podanie roku) i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – **załącznik nr 6 do SIWZ**.

Zamawiający wymaga, aby powyższy wykaz uwzględniał minimum jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności przedstawienia w ofercie:

- a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom, bądź aktualnych rejestracji i atestów wydawanych przez upoważnione do tego jednostki badawcze poświadczających dopuszczenie oferowanych wyrobów do stosowania w lecznictwie na terenie Unii Europejskiej.
- b) dołączenia do oferty przetargowej katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia oraz dla urządzeń i akcesoriów poddawanych sterylizacji instrukcji sterylizacji i dezynfekcji w języku polskim.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części V B ust. 1 pkt a), d) , e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w części V B ust. 1, pkt c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

## **VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami przy zachowaniu formy pisemnej.

Każdy z Wykonawców może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone, jeżeli wpłyną do zamawiającego na co najmniej 6 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego:  
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3 do Działu Zamówień Publicznych,
- faksem na numer (041) 354-21-36 do godz. 14<sup>30</sup>.

Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w zakresie SIWZ oraz ogłoszeń: Jacek Musiał- Kierownik Działu Administracyjno – Technicznego, tel. (041) 354-20-17 wew. 40;
- w części merytorycznej: lek. med. Michał Karcz tel. (041) 354 21 17 wew. 29;

## **VII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONA OFERTA**

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 „Prawa zamówień publicznych” – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## **VIII. ODRZUCENIE OFERTY**

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4. złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – „ prawo zamówień publicznych” lub Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej,
6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej,

w języku polskim.

2. Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.
4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.
5. Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
6. Wykonawca powinien przedstawić wypełniony i podpisany formularz ofertowy **załącznik nr 1 do SIWZ**.
7. Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.
8. Wykonawca przedstawi wypełniony i podpisany **załącznik nr 2 do SIWZ** - „Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądanе” – dla videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz wózka medycznego do zestawu.
9. Wykonawca przedstawi wypełniony i podpisany **załącznik nr 3 do SIWZ** - Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądanе” – dla jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia druku „Informacja o warunkach serwisu, gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – **załącznik nr 7 do SIWZ**.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
12. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.
15. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.
17. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

## **X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik w Dziale Administracyjno – Technicznym w terminie najpóźniej do dnia **29 kwietnia 2008r. do godz. 10<sup>00</sup>**.
- 2) Ofertę należy umieścić w podwójnej zamkniętej kopercie:
  - na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia:

**OFERTA****ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU****UL. KIELECKA 1-3****26-020 CHMIELNIK****PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (PONIŻEJ 206 000 EURO)****„Zakup, dostawa i uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz myjni endoskopów ”*****NIE OTWIERAĆ DO DNIA 29.04.2008r. DO GODZ. 10<sup>15</sup>.*****XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Termin składania ofert upływa dnia: **29 kwietnia 2008 r. o godzinie 10.00**
2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, bez względu na przyczyny opóźnienia.

**XII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT**

Termin otwarcia ofert: **29 kwietnia 2008 r. o godzinie 10.15**, siedziba Zamawiającego, tj. ul. Kielecka 1-3, 26-020 Chmielnik w pok. nr 3, I piętro budynek administracji. Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych ( po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.  
Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.  
Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.
5. Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego – odpłatnie.
7. Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. Zamawiający wraz z w/w zawiadomieniem przekazuje streszczenie oceny i porównania wszystkich złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Wykonawcom na podstawie kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.
11. O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.
12. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

### **XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza ofertowego zawartego w **załączniku nr 1 do SIWZ**.

Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto (zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach), a następnie przemnożyć ją przez odpowiednią ilość i wówczas uzyskaną kwotę nanieść w kolumnie wartość brutto.

### **XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY**

#### **1. Opis kryterium wyboru oferty wraz z podaniem jego znaczenia:**

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

**cena oferty – 100 %**

#### **2. Opis sposobu oceniania oferty**

Oferty oceniane będą punktowo – maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi 100 punktów.

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Cena oferty (w złotych)

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times 100 \%$$

### **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**



Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

## **XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

**Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w 24 ratach miesięcznych**, przy czym:

- a) pierwsza rata stanowi **nie więcej niż 40%** wartości przedmiotu umowy i uregulowana zostanie w terminie **28 dni** od chwili realizacji dostawy i uruchomienia całości wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku i po wystawieniu faktury VAT.
- b) **suma kolejnych 11 równych rat miesięcznych** w pierwszym roku spłaty należności stanowi **nie więcej niż 20%** wartości przedmiotu umowy,
- c) suma równych, miesięcznych rat w drugim roku spłaty należności stanowi pozostałą wartość przedmiotu umowy **tj. ok. 40%** wartości przedmiotu umowy.

Zamawiający poszczególne raty będzie regulował w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy w odstępach czasu **nie krótszych niż miesiąc, każdorazowo po 25-tym danego miesiąca**.

Po dostarczeniu i uruchomieniu wyposażenia dla Pracowni Endoskopii wraz z obustronną akceptacją protokołu zdawczo – odbiorczego prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na Zamawiającego.

Akceptację przez Wykonawcę warunków płatności przedstawia **załącznik nr 4 do SIWZ**.

## **XVII. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający żąda realizacji całości umowy przez Wykonawcę składającego ofertę. Żadna z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z przepisami Działu VI Rozdziału 2 Ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

Wykonawca ma prawo wnieść protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest wyłącznie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga protest w terminie określonym w art. 183 Ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

### **XIX. ZAŁĄCZNIKI**

- 1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
- 2) Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – „Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane” dla videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz wózka medycznego do zestawu;
- 3) Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia – „Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane” dla jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopów;
- 4) Załącznik nr 4 – szczegółowy opis warunków płatności;
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy;
- 6) Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych i wykonywanych przez Wykonawcę ważniejszych zamówień w okresie ostatnich trzech lat;
- 7) Załącznik nr 7 – warunki serwisu, gwarancji i serwisu pogwarancyjnego;
- 8) Załącznik nr 8 – projekt umowy.

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do SIWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy: .....

Nr tel.: ..... Nr fax.....

REGON:.....NIP :.....

e – mail: .....@..... INTERNET http: / /.....

**Składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Zakup, dostawę i uruchomienie videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz myjni endoskopów” dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Chmielniku.**

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>	<b>Wartość oferty netto</b>	<b>Wartość oferty brutto<sup>(1)</sup></b>
Videogastroskop – 1 szt. Videokolonoskop – 1 szt. Procesor wizyjny – 1 szt. Źródło światła – 1 szt. Wózek medyczny do zestawu – 1 szt. <i>w konfiguracji zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ</i>			
Jednostanowiskowa automatyczna myjnia do endoskopów – 1 szt. <i>w konfiguracji zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ</i>			
<b>RAZEM:</b>			

Zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji<sup>(2)</sup>:

1. fabrycznie nowy przedmiot zamówienia w terminie ..... dni <sup>(2)</sup> od chwili zawarcia umowy (wymagany termin przekazania wyposażenia: max. 14 dni kalendarzowych).
2. na własny koszt sprzęt zastępczy w terminie ..... dni <sup>(2)</sup> od chwili zawarcia umowy (wymagany termin przekazania wyposażenia: max. 14 dni kalendarzowych), natomiast fabrycznie nowy przedmiot zamówienia dostarczymy, zainstalujemy oraz uruchomimy w terminie ..... dni <sup>(2)</sup> od chwili zawarcia umowy.

**Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:**

..... Tel. ....

Zamówienia należy kierować:

Dział.....

Tel./fax.....

<sup>(1)</sup> Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokołem końcowego odbioru, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

<sup>(2)</sup> Należy wykreślić punkt nie dotyczący oferowanego przez Wykonawcę sposobu realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Załączony do specyfikacji załącznik nr 8 – projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....  
4.1. Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia –dla videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz wózka medycznego do zestawu.****WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE**

Oferowana konfiguracja videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz wózka medycznego musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego:.....

Kraj pochodzenia:.....

Producent:.....

Siedziba Producenta:.....

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta Tak / Nie*	Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Dane ogólne</b>			
1.	Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze	Tak		
<b>II.</b>	<b>Videogastroskop/Typ, Producent</b>			
2.	Przetwornik CCD „kolor”	Tak		
3.	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm	Tak		
4.	Średnica zewnętrzna wziernika – max. 9,2 mm	Tak		
5.	Przetwornik CCD – Kolor	Tak		
6.	Kąt obserwacji – 140°	Tak		
7.	Głębokość ostrości 3 – 100 mm	Tak		
8.	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu	Tak		
<b>III.</b>	<b>Videokolonoskop/Typ, Producent</b>			
9.	Przetwornik CCD „kolor”	Tak		
10.	Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm	Tak		
11.	Średnica zewnętrzna wziernika – max. 13 mm	Tak		
12.	Przetwornik CCD – Kolor	Tak		
13.	Kąt obserwacji – 140°	Tak		
14.	Głębokość ostrości 3 – 100 mm	Tak		
15.	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu	Tak		
16.	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji	Tak		

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta Tak / Nie*	Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)
<b>IV.</b>	<b>Procesor wizyjny/Typ, Producent</b>			
17.	Elektroniczne wzmocnienie obrazu – min. 6 stopni	Tak		
18.	Sterowanie przysłoną światła	Tak		
19.	Programowy wybór współpracującego oświetlenia w procesorze: ksenon, halogen lub metalhalid	Tak		
20.	Dowolne programowanie funkcji sterujących na przyciski znajdujące się na głowicy endoskopu, sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji	Tak		
21.	Zmiana wielkości obrazu ruchomego w trakcie badania	Tak		
22.	Menu procesora w języku polskim	Tak		
23.	Pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów (karta pamięci)	Tak		
24.	Wyjście sygnał: BNC, S-VHS i RGB	Tak		
<b>V.</b>	<b>Źródło światła/Typ, Producent</b>			
25.	Lampa ksenon, halogen lub metalhalid – Moc min. 150W	Tak		
26.	Lampa zapasowa włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej, moc zapasowej żarówki min. 150W	Tak		
27.	Współpraca z oferowanymi videoendoskopami	Tak		
28.	Regulowana pompa powietrza	Tak		
29.	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna	Tak		
30.	Wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki	Tak		
<b>VI.</b>	<b>WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU</b>			
31.	Podstawa jezdna z blokadą kół	Tak		
32.	Wieszak na dwa endoskopy	Tak		
33.	Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD	Tak		
34.	Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora	Tak		
35.	Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu	Tak		

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta Tak / Nie*	Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)
<b>VII.</b>	<b>Instrukcje i szkolenie personelu</b>			
36.	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia oraz dla urządzeń i akcesoriów poddawanych sterylizacji instrukcji sterylizacji i dezynfekcji w języku polskim	Tak		
37.	Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.	Tak		
38.	Wykonawca gwarantuje, że wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	Tak		
39.	Videogastroskop, videokolonoskop, procesor wizyjny i źródło światła wyprodukowane w 2008 roku.	Tak		

**Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 i 5 tabeli „WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE ”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – dla jedno stanowiskowej automatycznej myjni endoskopów****WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE**

Oferowana konfiguracja jedno stanowiskowej automatycznej myjni endoskopów musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego:.....

Kraj pochodzenia:.....

Producent:.....

Siedziba Producenta:.....

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta Tak / Nie*	Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b><i>Dane ogólne</i></b>			
1.	Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze	Tak		
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTANOWISKOWA MYJNIA AUTOMATYCZNA/Typ, Producent</b>			
2.	System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji gastrokopów, kolonoskopów i bronchoskopów	Tak		
3.	Jednorazowe użycie środków chemicznych (po procesie usuwane do kanalizacji), możliwość zastosowania środków opartych na aktywnym tlenie	Tak		
4.	Temperatura dezynfekcji w przedziale 35 – 60 °C	Tak		
5.	Zużycie środka dezynfekcyjnego na proces max. 80ml	Tak		
6.	Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji	Tak		
7.	Uzdatnienie biologiczne wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampa UV lub proces termiczny	Tak		
8.	Zasilanie bieżącą wodą z instalacji szpitalnej z kompletnym wewnętrznym uzdatnianiem wody	Tak		
9.	Czas procesu max. 40 min	Tak		
10.	Urządzenie realizujące: – mycie wstępne, – mycie zasadnicze, – dezynfekcję termicznie – chemiczną, – płukanie – co najmniej 2-krotne.	Tak		



L.p.	Opis wymaganych parametrów	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta Tak / Nie*	Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)
11.	Automatyczna dezynfekcja myjni	Tak		
12.	Zużycie wody na jeden proces max. 25 litrów	Tak		
13.	System indywidualnych przyłączy pomp tłocznych do gniazd zaworów	Tak		
14.	Możliwość wykonania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji	Tak		
15.	Dokumentacja przebiegów procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kartach chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe	Tak		
16.	Obudowa komory myjąco – dezynfekcyjnej ze stali kwasoodpornej.	Tak		
<b>III.</b>	<b>Instrukcje i szkolenie personelu</b>			
17.	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia w języku polskim	Tak		
18.	Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.	Tak		
19.	Wykonawca gwarantuje, że wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji	Tak		
20.	Jednostanowiskowa automatyczna myjnia endoskopów wyprodukowana w 2008 roku	Tak		

**Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 i 5 tabeli „WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Warunki wymagane	Akceptacja warunków Tak/Nie*	Warunki płatności oferowane (należy opisać)
1	2	3	4	5
1	Ilość rat, <b>co najmniej 24 raty.</b>	Tak Podać		
2	Raty płatne w odstępach czasu <b>nie krótszych niż miesiąc, każdorazowo po 25-tym danego miesiąca</b>	Tak		
3	Pierwsza rata: - stanowi <b>nie więcej niż 40%</b> wartości przedmiotu umowy - płatna w terminie 28 dni od chwili realizacji dostawy i uruchomienia całości wyposażenia dla Pracowni Endoskopii.	Tak Podać		I rata w kwocie brutto wynosi: .....zł
4	<b>Suma kolejnych 11 równych rat</b> miesięcznych w pierwszym roku spłaty należności stanowi <b>nie więcej niż 20%</b> wartości przedmiotu umowy	Tak Podać (również kwotowo)		..... rata w kwocie brutto wynosi: .....zł
5	<b>Suma równych rat w drugim roku</b> spłaty należności stanowi pozostałą wartość przedmiotu umowy <b>tj. ok. 40%.</b>	Tak Podać (również kwotowo)		..... rata w kwocie brutto wynosi: .....zł ..... wynosi: .....zł

Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 i 5 tabeli „Akceptacja warunków płatności”, bądź brak zgody ze strony Wykonawcy na realizację zadania z uwzględnieniem opisanych warunków płatności skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z warunkami realizacji przedmiotowego zadania.

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....  
(pieczęć firmowa )

.....  
(miejscowość i data)

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)

.....  
( pieczęć firmowa )

.....  
( miejscowość i data )

**WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH I REALIZOWANYCH W  
OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT O CHARAKTERZE I ZŁOŻONOŚCI  
PORÓWNYWALNEJ Z ZAKRESEM ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM  
ZAMÓWIENIA.**

<b>L.P.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartość (PLN)</b>	<b>Zamawiający</b>	<b>Termin realizacji*</b>	<b>W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia Tak/Nie</b>
1					
2					
3					

\*dopuszczalne jest określenie roku

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)

.....  
( pieczęć firmowa )

.....  
( miejscowość i data )

### INFORMACJA O WARUNKACH SERWISU, GWARANCJI I SERWISU POGWARANCYJNEGO

L.P.	Wyszczególnienie	Siedziba serwisu, dokładny adres, telefon	Osoba odpowiedzialna	Okres serwisowania	Uwagi/ Warunki
1.	Serwis gwarancyjny-transport urządzeń, przeglądy serwisowe oraz dojazd serwisanta na koszt Wykonawcy				
2.	Serwis pogwarancyjny – transport urządzeń i dojazd technika do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy				Aktualna stawka za 1 rb/g: .....

- Na dostarczony videogastroskop, videokolonoskop, procesor wizyjny, źródło światła, wózek medyczny oraz jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopów udzielamy ..... miesięcy gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (min. gwarancja 24 m-ce).
- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu, co pół roku w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie videogastroskopów. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta.
- Oferent zapewni bezpłatną naprawę bieżących uszkodzeń mechanicznych w czasie trwania gwarancji takich jak: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza. Jednocześnie gwarantuje, że przy ostatnim z przeglądów serwisowych dokona wymiany zużytych mechanicznie części w tym kanału biopsyjnego po wykonaniu 3 000 badań, bądź wcześniej – jeżeli taka konieczność zaistnieje.
- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi.....godzin. (max 24 godzin, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy)  
Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi ..... km.
- W przypadku naprawy urządzeń dłuższej niż 72 godziny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze.
- Wykonawca gwarantuje dostępność usług serwisowych 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
- Jakiegokolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym w pkt 5 , niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia.

8. Ilość napraw głównych, po której aparatura zostanie wymieniona na egzemplarz wolny od wad wynosi.....(max. 3 naprawy główne).
9. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego.
10. Wykonawca gwarantuje obsługę pogwarancyjną przedmiotu zamówienia przez okres.....(co najmniej 10 lat) oraz dostępność części zamiennych przez okres.....(co najmniej 10 lat).

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

## PROJEKT - UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ...../ 2008

Zawarta w dniu ..... 2008r. w Chmielniku pomiędzy:

**SZPITALEM POWIATOWYM w CHMIELNIKU**

**z siedzibą: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3;**

wpisanym w dniu 27.02.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000001969 posiadającym numer NIP 657-21-95-982 nadany przez Urząd Skarbowy w Kielcach reprezentowanym przez:

**mgr inż. Jolantę Rybczyk – Dyrektor;**

zwanym w dalszej treści umowy **KUPUJĄCYM**

a firmą: .....

wpisaną w dniu .....do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .....Wydział..... pod nr KRS: .....  
z kapitałem zakładowym w wysokości .....zł posiadającym numer NIP .....  
nadany przez Urząd Skarbowy w .....  
reprezentowaną przez:

1/ .....

2/ .....

zwaną w dalszej treści umowy **SPRZEDAJĄCYM**

następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Kupującego oferty Sprzedającego złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozdziale 3 Oddział 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. nr 19 poz. 177, wraz z późn. zm.).

### § 1

#### Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest zakup przez Kupującego oraz sprzedaż, dostawa i uruchomienie przez Sprzedającego wyposażenia składającego się z **videogastroskopu, videokolonoskopu, procesora wizyjnego, źródła światła oraz wózka medycznego do zestawu** w konfiguracji zgodnej z przedstawionym dokumentem „Wymagania techniczne – warunki graniczne pożądane” - załącznik nr ..... do umowy oraz sprzedaż, dostawa i uruchomienie przez sprzedającego

jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopów zgodnie z załącznikiem nr .... do umowy.

## § 2

### Wartość przedmiotu umowy

1. Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy do wysokości:
  - netto: ..... zł (słownie: .....)
  - brutto: ..... zł (słownie: .....) obejmujące cło oraz podatek VAT
2. Ubezpieczenie, transport do siedziby Kupującego jak również opakowanie, dokumentacja techniczno - ruchowa, instalacja, koszty szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatury medycznej zawarte są w podanej cenie.

## § 3

### Warunki płatności

1. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Kupującego w **24 ratach** miesięcznych, przy czym:
  - a) pierwsza rata stanowi **nie więcej niż 40%** wartości przedmiotu umowy i uregulowana zostanie **w terminie 28 dni** od chwili realizacji dostawy i uruchomienia całości wyposażenia dla Pracowni Endoskopii i po doręczeniu faktury VAT.
  - b) **suma kolejnych 11 równych rat miesięcznych** w pierwszym roku spłaty należności stanowi **nie więcej niż 20%** wartości przedmiotu umowy,
  - c) suma równych rat w drugim roku spłaty należności stanowi pozostałą wartość przedmiotu umowy **tj. ok. 40%**.
2. Kupujący poszczególne raty będzie regulował w odstępach czasu **nie krótszych niż miesiąc, każdorazowo po 25-tym danego miesiąca** w formie przelewu bankowego na konto Sprzedającego oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy – załącznik nr ..... do umowy („Akceptacja warunków płatności”). Zapłata sum ratalnych z faktur Sprzedającego następować będzie w formie przelewu z konta Kupującego.
3. Sprzedającemu za nieterminową zapłatę faktur ze strony Kupującego przysługują odsetki w wysokości ustawowej, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

## § 4

### Termin i warunki dostawy

1. Dostawa i uruchomienie aparatury medycznej wymienionej w paragrafie 1 umowy nastąpi w terminie **(w zależności od złożonej oferty)** od podpisania przez strony niniejszej umowy.
2. Po dostarczeniu i uruchomieniu aparatury i obustronnej akceptacji protokołu zdawczo – odbiorczego prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na Zamawiającego.
3. Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie funkcji oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. Wraz z dostawą i uruchomieniem wyposażenia Sprzedający dołączy protokół zdawczo – odbiorczy.
4. Szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi aparatury zostanie przeprowadzone przez autoryzowany serwis Sprzedającego w ciągu **.....dni** od jego uruchomienia lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

## § 5

### Gwarancja

1. Sprzedający udziela gwarancji na okres ..... miesięcy od dnia zainstalowania wyposażenia wymienionego w § 1 umowy.
2. Sprzedający na pozostałe akcesoria udziela ..... miesięcy gwarancji.
3. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-



odbiorczego.

4. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.
5. Wszelka ingerencja w dostarczone urządzenia w okresie gwarancji, dokonana przez osoby do tego nieupoważnione oraz użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi powoduje utratę gwarancji.
6. W przypadku ..... naprawy głównej urządzeń Sprzedający zobowiązany jest wymienić wadliwy egzemplarz na nowy, wolny od wad.
7. W okresie trwania gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału Kupującego.
8. Warunki serwisu pogwarancyjnego określa załącznik nr ..... do umowy.
9. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi ..... godzin.
10. Sprzedający gwarantuje dostępność usług serwisowych ..... dni w tygodniu, także w dni wolne ustawowo od pracy.
11. W przypadku naprawy sprzętu mającej trwać dłuższej niż ..... godziny Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy.
12. Jakikolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym w ust. 9, niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia.

#### § 6

#### **Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą dla nich formą zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są niżej wymienione kary umowne.
2. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w dostawie i uruchomienie przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze aparatury lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
3. Kupujący płaci Sprzedającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
4. Kupujący może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia.  
Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.  
Brak sprzeciwu w terminie do 7 dni przyjmowane jest jako zgoda na potrącenie.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Strony kontraktu nie są odpowiedzialne za skutki niedotrzymania warunków umowy, jeżeli są one następstwem zdarzeń zewnętrznych niezależnych od strony, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a skutkom tych zdarzeń nie mogła strona zapobiec środkami będącymi w jej dyspozycji.
7. W przypadku zaistnienia opisanych w pkt 6 zdarzeń strona, której ta sytuacja dotyczy przekazuje drugiej stronie odpowiednią w tym zakresie informację.

#### § 7

### **Odstąpienie od umowy**

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
  - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „prawo zamówień publicznych” składając Sprzedającemu odpowiednie oświadczenie na piśmie,
  - 2) w przypadku ogłoszona upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu,
  - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego,
  - 4) Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
  - 1) Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
  - 2) Kupujący zawiadomi Sprzedającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedającego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedającego oraz Kupującego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień odstąpienia,
  - 2) Sprzedający zabezpieczy przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
  - 3) Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi wykaz dostarczonych i zainstalowanych urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych zamówień nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

### **§ 8**

#### **Klauzula arbitrażowa**

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

### **§ 9**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
3. Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (DZ.U. Nr 19, poz.177 z późn zmianami), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

.....

.....