

Odczynniki oraz błony rtg.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość na 24 m-ce	Cena jedn. netto opakowania	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta	Podać typ oferowanego asortymentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Błony RTG format 18cm x 24cm	op. 1x100	20						
2	Błony RTG format 24cm x 30cm	op. 1x100	40						
3	Błony RTG format 30cm x 40cm	op. 1x100	60						
4	Błony RTG format 35cm x 35cm	op. 1x100	60						
5	Błony RTG format 35cm x 43cm	op. 1x100	60						
6	Wywoływacz do obróbki automatycznej	op. 2x20 l	30						
7	Utrwalacz do obróbki automatycznej	op. 2x20 l	30						
				Razem:					

Wymagane warunki graniczne:

1. Błony rtg ogólnodiagnostyczne (zielonoczułe)

- film wrażliwy na światło zielone -
- czas obróbki - 1,5 – 4 minut,
- zaciernienie minimalne - $\leq 0,22$

Spełniane parametry

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

- zaczernienie maksymalne - $\geq 3,20$ TAK/NIE*
- gradient średni - $\geq 2,65$ TAK/NIE*
- błony fabrycznie znakowane: nazwa producenta, typ filmu, data ważności, nr emulsji (serii) – znak trwale widoczny na błonie po obróbce chemicznej. TAK/NIE*

2. Odczynniki dedykowane błonom ogólnodiagnostycznym

- odczynniki tego samego producenta i tej samej marki co błony RTG TAK/NIE*
- wywoływacz do obróbki automatycznej: koncentrat 2x5 l na 2x20 l TAK/NIE*
- utrwalacz do obróbki automatycznej: koncentrat 2x5 l na 2x20 l TAK/NIE*
- koncentrat TAK/NIE*
- wolne od osadów wytrącających się na elementach ciemni TAK/NIE*
- karty charakterystyki odczynników – dołączone do oferty TAK/NIE*
- opakowania nie wymagające kaucji TAK/NIE*
- wielkość dawki regeneracyjnej wywoływacza nie większa niż 350 ml/m² oraz utrwalacza nie większa niż 350 ml/m² TAK/NIE*

* Niepotrzebne skreślić

Do oferty należy załączyć karty katalogowe dotyczące błon ogólnodiagnostycznych i odczynników potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

Cały przedmiot zamówienia musi być tego samego producenta i tej samej marki.

Oferta nie spełniająca warunków granicznych zostanie odrzucona.

UWAGA:

" W przypadku wątpliwości dot. oferowanego asortymentu, Zamawiający będzie wymagał złożenia próbek błon i odczynników, celem weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie dostarczenie wymaganych próbek będzie skutkować odrzuceniem oferty"

Potwierdzam prawdziwość zawartych powyżej danych (podpis wykonawcy)