



Chmielnik, dnia 07.03.2011 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, nr sprawy DAT/ZP – PN/01/11, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 60923 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 r.**

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta następującej firmy:

**SYSMEX POLSKA Sp. z o.o.**

**Al. Jerozolimskie 176; 02-486 Warszawa**

### Uzasadnienie wyboru:

Cena oferty nie przekroczyła kwoty jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta otrzymała największą łączną liczbę punktów w ocenie końcowej. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru tej oferty.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-03-31.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż wpłynęły 2 oferty z firm:

1. Nazwa wykonawcy: Sysmex Polska Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: Al. Jerozolimskie 176; 02-486 Warszawa – **oferta nr 2**

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

### Informacja o odrzuconych ofertach:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy:

**1. BioMaxima S.A., ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin – oferta nr 1**

### Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne – Załącznik nr 3 do SIWZ wymagał aby wynik hematokrytu jako parametr oznaczony uzyskany był w wyniku pomiaru, a nie wyliczeniowy. Niespełnienie tego parametru skutkowało odrzuceniem oferty.

Wykonawca w ofercie, którą złożył potwierdził spełnianie tego parametru przez zaoferowany analizator oraz zamieścił w ofercie ulotkę zaoferowanego analizatora wraz z jego specyfikacją, z której wynika, iż wynik hematokrytu jest **parametrem wyliczanym** a nie mierzonym jak to podał oferent w złożonej ofercie „Opis przedmiotu zamówienia – Parametry techniczne” – Załącznik nr 3.

Wobec powyższego Wykonawca w złożonej ofercie pisząc, iż wynik hematokrytu jako parametr oznaczany jest uzyskany w wyniku pomiaru, a nie wyliczeniowy poświadczył nieprawdę.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

**DYREKTOR**

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

*mgr inż. Jolanta Rybczyk*