

Pakiet nr II. MIKROSKOP LABORATORYJNY – 1 sztuka**Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.**

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego:.....

Kraj pochodzenia:.....

Producent:.....

Siedziba Producenta:.....

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany – odpowiedź wykonawcy (podać zakresy lub opisać)
1	Mikroskop laboratoryjny przeznaczony głównie do oceny preparatów barwionych krwi/szpiku	TAK	
2	Zakres powiększeń do 1000 x	TAK	
3	Obrotowy rewolwer obiektywowy z miejscami na cztery obiektywy planachromatyczne: 10x, 20x, 40, 100x (imersja)	TAK	
4	Oświetlenie halogenowe 6V 30 W	TAK (opisać)	
5	Stolik mechaniczny trwale zamocowany bezzębatkowy, z pokrętkami przesuwu stolika i uchwyty dla dwóch preparatów. Mechanizm blokady położenia stolika z regulacją siły obrotu	TAK (podać)	
6	Wbudowany kondensator Abbego, przesłona irysowa	TAK	
7	Niebieski filtr światła dziennego	TAK (opisać)	
8	Nasadka obserwacyjna dwuokularowa o nachyleniu 30 ⁰ z regulacją rozstawu międzyżrenicowego (48mm do 75 mm) oraz ogniskowania przy pomocy pierścienia korekcji optycznej	TAK	
9	Statyw mikroskopu z bezołowiową optyką	TAK	
10	Przewód sieciowy	TAK	
11	Pokrowiec dla mikroskopu	TAK	
12	Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego	TAK	
13	Instrukcja w języku polskim	TAK	
14	Model z 2011 roku, fabrycznie nowy	TAK	
15	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
16	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,	TAK	
17	WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
18	W czasie gwarancji 2 darmowe okresowe przeglądy techniczne, jeżeli są wymagane	TAK	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany – odpowiedź wykonawcy (podać zakresy lub opisać)
19	W przypadku 3 naprawy głównej wymiana wadliwego egzemplarza na nowy, wolny od wad	TAK	
20	Gwarancja dostępności usług serwisowych minimum 5 dni w tygodniu	TAK PODAĆ	
21	W okresie gwarancji dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni	TAK	
22	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
23	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
24	Czas reakcji serwisu max. 48 godz.	TAK	

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

....., dn.

miejsowość

.....

pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych)
do reprezentowania Wykonawcy