

**Pakiet nr III. NARZĘDZIA ENOSKOPOWE****Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla narzędzi kompatybilnych z Videogastroskopem GIF – Q165 oraz Videokolonoskopem CF – Q165L**

L.p.	Opis parametrów wymaganych	Ilość sztuk	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Chwytnak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów , 5-RAMIENNY (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	1	TAK	
2	Szczypce biopsyjne gastroskopowe OBROTOWE - z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm	2	TAK	
3	Szczypce biopsyjne UCHYLNE (możliwość biopsji stycznej) gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Owalne z Okienkiem , Szczęki Aligatora i Ząb Szczura - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm	1	TAK	
4	Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku; obie łyżeczki ruchome; łyżeczki typu szczęki aligatora z zębem szczura z okienkiem i igłą ; łyżeczki uchylne typu SWINGJAW do biopsji stycznych ; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,4mm; długość robocza narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie zdadne do sterylizacji w autoklawie; 1 sztuka w opakowaniu	1	TAK	
5	ZAKRYWKA WODOODPORNĄ	1	TAK	
6	ZAWORKI BIOPSYJNE a' 10 SZT	2	TAK	
7	Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o max średnicy zewnętrznej sondy 15 mm	3	TAK	
13	Gwarancja minimum 24 miesiące	-	TAK	
14	Narzędzia z 2011 roku, fabrycznie nowe	-	TAK	

**UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i kompatybilny z Videogastroskopem GIF – Q165 oraz Videokolonoskopem CF – Q165L i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....., dn. ....

miejsowość

.....

pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych)  
do reprezentowania Wykonawcy