



Szpital Powiatowy^A w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3, woj. świętokrzyskie
☎ 413542479, 413542017 fax 413544379
REGON 003680113 NIP 657-21-95-982



D/DAT L.dz. 2036/08

Chmielnik, dn. 14.11.2008r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, nr sprawy D/DAT 1850/08, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274941-2008; data zamieszczenia 20.10.2008r.

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych” ujętych w pakietach od I do VI, zostały wybrane oferty następujących firm:

Pakiet I	BIO-MAR Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Jagodowa 11; 44-110 Gliwice
Pakiet II	MEDITECH Sp. z o.o., ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań
Pakiet III	ELZA bis – KSELMED s.c. Krzysztof Kucharski, Andrzej Kucharski ul. Konopnickiej 7; 86-300 Grudziądz
Pakiet V	AQUA-MED. ZPAM – KOLASA sp. j. ul. Wólczańska 212; 90-531 Łódź
Pakiet VI	MEDITECH Sp. z o.o., ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Ceny ofert na pakiety I, II, III i V nie przekroczyły kwoty jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferty otrzymały największą łączną liczbę punktów w ocenie końcowej na poszczególne pakiety. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru tych ofert. Cena oferty na pakiet VI nieznacznie przekroczyła wartość jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację tej części zamówienia, jednak z uwagi na to, iż była to jedyna oferta na w/w pakiet Zamawiający postanowił dokonać wyboru tej oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-11-27.

Na pakiet nr IV zostały złożone dwie oferty:

1. **MEDITECH Sp. z o.o., ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań.**
2. **MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz, ul. Turystyczna 44; 20-207 Lublin.**

Cena oferty firmy **MEDITECH Sp. z o.o., ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań**, znacząco przewyższa kwotę jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację tej części zamówienia. Natomiast oferta firmy **MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz, ul. Turystyczna 44; 20-207 Lublin** nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2.3 będącym integralną częścią SIWZ zatem oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na pakiet nr IV, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż wpłynęło 10 ofert z firm:

Zamawiający podaje wyniki oceny ofert:

PAKIET I – Odczynniki biochemiczne i płyny konserwujące do analizatora FLEXOR E VITALAB SCIENTIFIC

1. Nazwa Wykonawcy: BIO-MAR Diagnostyka Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Jagodowa 11; 44-110 Gliwice
Cena oferty brutto: 34 887,47 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

PAKIET II – Odczynniki do elektrolitów (Na^+ , K^+ , Ca^{++}) i materiały zużywalne do aparatu AVL – 9180

1. Nazwa wykonawcy: MEDITECH Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań
Cena oferty brutto: 56 043,39 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

PAKIET III – Odczynniki do koagulologii na aparat K – 3002 OPTIC firmy KSELMED

1. Nazwa wykonawcy: ELZA bis KSELMED s.c. Krzysztof Kucharski, Andrzej Kucharski
Adres Wykonawcy: ul. Konopnickiej 7
Cena oferty brutto: 9 212,70 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

PAKIET V – Odczynniki do analityki ogólnej

1. Nazwa wykonawcy: AQUA-MED. ZPAM – KOLASA sp.j.
Adres Wykonawcy: ul. Wólczańska 212; 90-531 Łódź
Cena oferty brutto: 13 880,04 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
2. Nazwa wykonawcy: BioMaxima
Adres Wykonawcy: ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin
Cena oferty brutto: 20 743,02 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 66,00
3. Nazwa wykonawcy: MEDAN
Adres Wykonawcy: ul. Grodowa 1; 44-100 Gliwice
Cena oferty brutto: 34 717,22 PLN
Liczba pkt. w kryterium cena: 39,00

PAKIET VI – Paski do analizy moczu do czytnika CLINITEK STATUS firmy SIEMENS

4. Nazwa wykonawcy: MEDITECH Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Bukowska 237 bud 7; 60-189 Poznań
Cena oferty brutto: 48 663,60 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

Informacja o odrzuconych ofertach:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

Pakiet I

1. Oferta firmy BioMaxima S.A. ul. Mireckiego 29-31; 20-460 Lublin, nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia charakterystyki testu:

- a) załącznik nr 2, wiersz 8, kolumna 14, Bilirubina całkowita – Met. DMSO/DCA – w dołączonej metodyce oferent podaje odczynnik z kofeiną.
 - b) załącznik nr 2, wiersz 18, kolumna 14, Multicalibrator – podane wartości dla wszystkich wymaganych metod. Brak wartości dla cholesterolu HDL w wieloparametrowej surowicy kalibracyjnej BioCal.
 - c) załącznik nr 2, wiersz 22, kolumna 14, Surowica kontrolna CKMB – Surowica ludzka, wartości zmetrykowane na poziomie decyzyjnym norma-patologia. Według załączonej przez oferenta ulotki BioNorm (surowica kontrolna – panel sercowy) kontrola aktywności CKMB może być prowadzona wyłącznie na poziomie patologii.
2. Oferta firmy EMAPOL, ul. Budowlanych 68; 80-298 Gdańsk nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał dołączenia do formularza oferty:

- aplikacji dla wszystkich wymienionych oznaczeń,
- dla zestawów odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych metodyk w języku polskim,
- kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Pakiet II

1. Oferta firmy Medico Systems Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz ul. Turystyczna 44; 20-207 Lublin, nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2.1 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., oryginalne odczynniki zgodne z instrukcją obsługi aparatu.

W pakiecie II producentem oryginalnych odczynników i części zamiennych jest firma ROCHE DIAGNOSTICS, natomiast oferent podaje jako nazwę producenta DIAMOND DIAGNOSTICS.

2. Oferta firmy „MEDRIV” Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18; 04-051 Warszawa, nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2.1 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art.

89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., oryginalne odczynniki zgodne z instrukcją obsługi aparatu.

W pakiecie II producentem oryginalnych odczynników jest firma ROCHE DIAGNOSTICS, natomiast oferent podaje jako nazwę producenta MEDRIV.

3. Oferta firmy FAST-DIAMED S.C. Władysław Prak, Agnieszka Ptak-Witkowska, ul. Dmowskiego 27; 31-644 Kraków, nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2.1 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., instrukcje odczynników napisane w języku polskim, dołączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników których dotyczy.

W pakiecie II Zamawiający wymagał dołączenia do formularza ofert instrukcji odczynników napisanych w języku polskim oraz dołączenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników których dotyczy.

Pakiet IV

1. Oferta firmy Medico Systems Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz ul. Turystyczna 44; 20-207 Lublin, nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2.3 będącym integralną częścią SIWZ (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Uzasadnienie: Oferta nie spełnia warunków granicznych tj., oryginalne odczynniki zgodne z instrukcją obsługi aparatu.

W pakiecie IV producentem oryginalnych odczynników i części zamiennych jest firma SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS natomiast oferent podaje jako nazwę producenta DIAMOND DIAGNOSTICS.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chmielniku

mgr inż. Jolanta Rybczyk