



Śrem, 16.05.2019 r.

ZOL.DA.372.1.2019

Odpowiedzi

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania wg załączników ?

Brak możliwości składania ofert częściowych umożliwia przedstawienie na ofert tylko firmom handlowym, jednocześnie uniemożliwiając branie udziału w postępowaniu producentom mebli i sprzętu. Produkty te nie są kompatybilne ze sobą, zatem nie muszą być dostarczone przez jednego producenta.

Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych umożliwi przedstawienie oferty większej ilości Wykonawcom, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę towaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ, Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w przypadku wózków (szafki) do czystej i brudnej bielizny, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowany produkt, nie jest aparaturą medyczną i nie wymaga przeglądów?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia, jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt, jakim są wózki (szafki) do czystej i brudnej bielizny nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 4.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych dla produktu, jakim są wózki (szafki) do czystej i brudnej bielizny, jeśli oferowany produkt nie wymaga przeglądów ?

Odpowiedź:

TAK



Pytanie nr 1

Dotyczy: Aparat do fizykoterapii – załącznik 1D

Czy zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę ultradźwiękową? Jeśli tak, prosimy o udzielenie informacji jakiej powierzchni ma być głowica: 1 cm² lub 4 cm².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ (zał. 1D pkt 9)

Pytanie nr 2

Dotyczy: Stół zabiegowy – załącznik 1C

Czy zamawiający dopuści stół który:

1. Posiada zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w większym zakresie? Zakres regulacji wynosi: od 70° dla obniżenia do 40° dla podniesienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

2. Posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 50-101 cm?

Odpowiedź:

TAK

3. Posiada elektryczne sterowanie wysokością za pomocą ramy bieżącej wokół podstawy stołu. To dopracowane technologicznie rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp z każdej strony stołu.]

Odpowiedź:

TAK

4. Nie posiada tworzywowej osłony podstawy. Jej konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i maksymalną funkcjonalność, co owocuje brakiem konieczności stosowania dodatkowych osłon.

Odpowiedź:

NIE

5. Posiada blat, który jest podparty na większej części swojego obwodu. Rozwiązanie sprawia, że stół jest bardziej stabilny i sztywny na krawędziach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyodrębni z zamówienia stół rehabilitacyjny oraz aparat do fizykoterapii jako osobną pozycję. Umożliwi to start większej ilości oferentów i zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ, Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Śremie
Jolanta Sotysiak
Główny Księgowy

