



Nowe Grodziczno, dnia 10-06-2019

WYJAŚNIENIE NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer postępowania: ZP.2.2019

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że

- w dniu 07-06- 2019 roku wpłynął jeden wniosek

o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – etap II**”

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy dla części 1 i 2)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 4 ust. 4 pkt a) na:

„a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż **72 h**) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za zgłoszenie rozumie się zgłoszenie za pomocą fax-u lub pocztą elektroniczną.”

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy dla części 1 i 2)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 4 ust. 4 pkt b) na:

„b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiające jego funkcjonowanie lub powodujące jego unieruchomienie) w ciągu maksymalnie **4 dni roboczych** od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do **7 dni roboczych** od zgłoszenia;”

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.