

Pruszcz Gdański, dnia 31.07.2017 r.

Znak sprawy: ZP.272.28.2017.PN

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na Państwa pismo e-mail z dnia 30.07.2017 r. (data dekretacji 31.07.2017 r.) dotyczący pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa i montaż wyposażenia medycznego do nowych pomieszczeń planowanej siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w ramach pierwszego wyposażenia inwestycji pn.: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)” nr sprawy ZP.272.28.2017.PN, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Poz. 1. Czy zamawiający dopuści biurko lekarskie o wymiarach 140 cm x 80 cm 74 cm?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuści biurko lekarskie o wymiarach 140 cm x 80 cm 74 cm.

Pytanie 2:

Poz. 3. Czy zamawiający dopuści szafy medyczne o szerokości 80 cm, szafy o szerokości 90 cm nie są dostępne na rynku?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuści szafy medyczne o szerokości 80 cm.

Pytanie 3:

Poz. 3 Czy zamawiający dopuści szafy na kółkach zamiast nóżek. Kółka mogą być zablokowane hamulcem a w razie potrzeby przestawione.

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuści szafy na kółkach zamiast nóżek.

Pytanie 4:

Poz. 5 Czy zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 85x 75x45 cm?

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 85x 75x45 cm.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 4 tygodnie. Jest to standardowy termin dostawy szaf medycznych.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy wynoszący 4 tygodnie. Całość realizacji zamówienia musi zostać wykonana w terminach wskazanych w dokumentacji SIWZ tj. do 30 sierpnia 2017r.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

STAROSTA
Stefan Skonieczny

